



Adresa: **Ul. Hamdije Čemerlića 39a**
71000 Sarajevo
<http://www.voda.ba>

tel. +387 33 726 400
fax. +387 33 726 423
e-mail: info@voda.ba

Broj: **60/80-242-18/26**
Sarajevo, 08.04.2026. godine. godine
Int. br. nabavke: **60-178-9/26**

Na osnovu člana 70. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22 i 50/24) i Preporuke iz Zapisnika broj: 60/80-242-17/26 od 06.04.2026. godine, uz primjenu **otvorenog postupka**, donosim

ODLUKU

o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba "Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 3 LOT-a LOT 1 - Hemikalije"

Obavještenje o nabavci br.: 1132-1-1-13-3-38/26

Član 1.

Kao najpovoljniji ponuđač za javnu nabavku roba "**Nabavka hemikalija i standarda za kalibraciju i provjeru u Laboratoriji za vode 3 LOT-a LOT 1 - Hemikalije**" bira se ponuđač **MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo, ul. Pijačna 14K, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, MBS: 65-01-0303-10, JIB: 4201572320006**, za ponuđenu cijenu **39.996,00 KM bez PDV-a**, odnosno **46.795,32 KM sa PDV-om**.

Član 2.

Ponuđaču **MIKRO+POLO d.o.o. Sarajevo** će se dodjeliti prijedlog ugovora za javnu nabavku iz člana 1. ove Odluke nakon što svi ponuđači budu obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

Član 3.

Za izvršenje ove odluke zadužuje se **Sektor laboratorija za vode** Agencije za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Član 4.

Sredstva za zaključenje ovog ugovora će se koristiti iz Plana i Finansijskog plana Agencije za 2026.godinu, ekonomski kod 613423.

Član 5.

Ova odluka će se objaviti na web-stranici www.voda.ba, istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama BiH.

OBRAZLOŽENJE

Postupak javne nabavke pokrenut je Odlukom o pokretanju postupka javne nabavke broj: 60/80-242-3/26 od 19.02.2026. godine.

Javna nabavka je provedena putem otvorenog postupka.

Procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a je 80.000,00 KM (Lot 1-40.000,00 KM).

Obavještenje o nabavci broj: 1132-1-1-13-3-38/26 je poslato na objavu i objavljeno na portalu javnih nabavki dana 26.02.2026. godine.

Sa web portala "e-Nabavke" www.ejn.gov.ba tendersku dokumentaciju su preuzeli sljedeći ponuđači:

1. AQUA NIO DOO
2. LIFEMED D.O.O.
3. MSG
4. DIMED D.O.O. SARAJEVO
5. PROIZVODNJA I TRGOVINA „PHARMAMED“ D.O.O. TRAVNIK
6. ECP SARAJEVO
7. BBS EUROPE
8. EKAPIJA DOO
9. TENDERI DOO
10. SINEKS LABORATORIJA D.O.O. BANJA LUKA
11. CONTROLMATIK BH DOO SARAJEVO
12. BOSNA-VET DOO
13. MPS LAB D.O.O.
14. DOO EUROLAB
15. KEFO D.O.O. ISTOČNO SARAJEVO
16. MIKRO+POLO D.O.O.

Komisija za nabavku imenovana je Rješenjem broj: 60/80-242-5/26 od 26.02.2026. godine.

Komisija za javnu nabavku je blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje ponuda i ocjenu pristiglih ponuda, o čemu je sačinila zapisnik o otvaranju ponuda i zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u kojima je utvrđeno sljedeće:

- Da je ukupan broj preuzimanja tenderske dokumentacije 16 (slovima: šesnaest)
- Da je ukupan broj pristiglih ponuda (za Lot 1) 3 (slovima: tri)
- Da je ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda (za Lot 1) 3 (slovima: tri)
- Da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda
- Da je ponuda 1 (slovima: jednog) ponuđača prihvatljiva
- Da su ponude 2 (slovima: dva) ponuđača ocijenjene kao neprihvatljive.

U postupku donošenja ove odluke, Komisija je pravilno i potpuno, izvršila ocjenu kvalificiranosti ponuđača te ocjenu prispjelih ponuda, shodno kriterijima iz Tenderske dokumentacije.

Komisija smatra da je 1 (jedna) ponuda prihvatljiva.

Naziv i sjedište ponuđača koji se isključuje zbog neispunjavanja uslova za kvalifikaciju, te obrazloženje razloga njegovog isključenja:

Ponuda ponuđača "Kefo" d.o.o. Istočno Sarajevo ne ispunjava formalno-pravne uslove tražene TD za Lot 1. Pod tačkom 5.4.2 b) TD traženi su katalogi i/ili tehnički opisi roba i certifikati o sastavu i/ili certifikati o analizi kao i u tehničkoj specifikaciji (Aneks 3) u napomeni pod stavkama 6 i 7. Shodno navedenom ponuda nije u potpunosti usklađena, naime za neke hemikalije dostavljeni su samo katalogi dok za neke samo certifikati o analizi.

Za stavke 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 46, 47, 48, 50, 51 i 54 su dostavljeni samo katalozi/tehnički opisi roba, a za preostale stavke samo certifikati.

Pod tačkom 47 tehničke specifikacije (Aneks 3) tražen je natrij sulfat anhidrovani, granulirani.

Ponuđač nudi natrij sulfat anhidrovani puder (strana ponude 89).

Ponuđena stavka ne zadovoljava traženo tehničkom specifikacijom.

Zbog prethodno navedenog, a u skladu sa odredbom člana 2. stav I alineja 3. i člana 68. stav 4. alineja i) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22 i 50/24) predmetna ponuda je nepravilna i kao takva nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Ponuda ponuđača "Sineks laboratorija" d.o.o. Banja Luka ne ispunjava formalno-pravne uslove tražene TD za Lot 1.

Pod tačkom 5.4.2 b) TD traženi su katalozi i/ili tehnički opisi roba i certifikati o sastavu i/ili certifikati o analizi, kao i u tehničkoj specifikaciji (Aneks 3) u napomeni pod stavkama 6 i 7.

Shodno navedenom ponuda nije u potpunosti usklađena, naime za neke hemikalije dostavljeni su samo katalozi, a dok za neke samo certifikati o analizi.

Za stavke 5, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 57 i 58 su dostavljeni samo katalozi/tehnički opisi roba, a za preostale stavke samo certifikati.

Zbog prethodno navedenog, a u skladu sa odredbom člana 2. stav I alineja 3. i člana 68. stav 4. alineja i) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14, 59/22 i 50/24) predmetna ponuda je nepravilna i kao takva nije prihvatljiva za ugovorni organ.

Na osnovu člana 3. Pravilnika o uslovima i načinu korištenja e aukcije, a s obzirom da je primljena samo jedna prihvatljiva ponuda e aukcija se ne zakazuje.

U postupku ocjene provedenog postupka, nisu nađeni razlozi, nepravilnosti niti propusti u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje preporuke Komisije za javnu nabavku.

Ocijenjeno je da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima, internim aktima i tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju, neosporno je da je izabrani ponuđač najbolje ocijenjen zbog najniže cijene, kao jedina prihvatljiva ponuda kako slijedi:

R. broj	PONUĐAČ	Cijena na (javnom) otvaranju KM (bez PDV-a)
1	MIKRO+POLO d.o.o. SARAJEVO	39.996,00

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA:

Učesnik u postupku, koji nije zadovoljan ovom odlukom, može u roku od 10 (deset) dana od dana prijema ove odluke izjaviti žalbu zbog povrede odredaba Zakona o javnim nabavkama.

Žalba se podnosi u najmanje 3 primjerka Agenciji za vodno područje rijeke Save, Sarajevo.

Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa.

Žalilac je obavezan platiti naknadu za pokretanje žalbenog postupka u iznosu od 750,00 KM (član 108. stav (1) tačka a) Zakona o javnim nabavkama).

- Akt izradio: Mira Čutić
- Akt kontrolisao: [Signature]

Dostaviti:

- Ponuđačima
- Sektor za pravne poslove
- Sektor laboratorija za vode
- a/a



DIREKTOR

[Signature]
dr. sc. Senad Memić